
【メディカルボックス スタンド取扱い説明書】

この度は、メディカルボックス スタンドをご利用いただきありがとうございます。ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用下さいますようお願い申し上げます。

> ⚠ 注意
> **この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**


《 内 容 物 の 確 認 》 下記の通り本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。後述の組立方法に従って組み立ててご使用下さい。




開閉パーツ　　台座パーツ　　フタ　　組付けビス（4ヶ）　　取扱説明書

《 組 立 方 法 》

組立に必要な工具：ドライバー（＋）





⚠ 台座パーツの両羽部分は、開閉パーツの内側に入れて下さい。

《ご使用上の注意》 ⚠ 注意

①組付けビスおよびフタ部固定ネジは、確実に締付けて下さい。
②安定した水平な場所で、上部に開閉時に必要なスペースが十分確保できるよう設置して下さい。
③スタンドの上に腰掛けたり、物を置いたりしないで下さい。
④稼動部分およびペダル部分に身体・衣服等を挟まれないように注意して下さい。
⑤フタの開閉途中で衣服等の障害物が接触すると、無理な力がかかり故障の原因となります。
⑥ペダルは、飛び乗ったり過度の激しい力で急激に踏むと、無理な力がかかり故障の原因となります。
⑦変形や開閉パーツにガタつき等の異常がある場合には、使用を中止して下さい。
⑧改造は行わないで下さい。著しく品質の劣化を招き故障の原因と鳴る場合があります。

《 お 手 入 れ 方 法 》

ゴミ・チリ・ホコリ等を払ってから、やわらかい布等でから拭きして下さい。特に汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いて下さい。

販売元　TCA 東京医療クリーン事業協同組合
〒171-0021　東京都豊島区西池袋 2-29-19　KT ビル 7F
TEL:03-3590-8000（代表）

製造元　sonia コーワソニア株式会社
〒373-0846　群馬県太田市中根町 668-5
TEL：0276(32)3600　http://www.sonia-g.co.jp/kowa/

06E09B